

หลักเกณฑ์การคัดเลือกคุณลักษณะของวัสดุทันตกรรมที่จัดซื้อร่วมกันในจังหวัดสระแก้ว
ปีงบประมาณ ๒๕๖๗

๑. บริษัทที่จะเข้าร่วมจะต้องมีผู้แทนหรือพนักงานประจำภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการ
๒. ต้องมีการระบุยี่ห้อขนาดบรรจุและราคาที่เสนออย่างชัดเจนชนิดพร้อมจัดส่งตัวอย่างมาเพื่อประกอบการพิจารณาคัดเลือก
๓. มีใบรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายจากบริษัทผู้ผลิตมีเอกสารประกอบและเอกสารรับประกันสินค้า ใบรับรองคุณภาพสินค้าที่ได้มาตรฐานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
๔. ตัวอย่างที่เสนอจะต้องเป็นชนิดเดียวกับที่จะขายให้กับโรงพยาบาลทุกประการ
๕. ราคาที่เสนอต้องกำหนดยื่นราคาเป็นเวลา ๑ ปี
๖. บริษัทจะปฏิเสธการจัดซื้อกับโรงพยาบาลใดโรงพยาบาลหนึ่งมิได้ มิฉะนั้น จะงดการจัดซื้อกับบริษัท
๗. บริษัทสามารถจัดส่งสินค้าถึงโรงพยาบาลหลังสั่งซื้อไม่เกิน ๑ เดือน และกรณีที่เป็นยาหรือวัสดุที่มีวันหมดอายุจะต้องมีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันที่ส่งมอบของ
๘. กรณีพบวัสดุมีลักษณะทางกายภาพเปลี่ยนแปลง หรือใกล้หมดอายุ (ก่อน ๑ ปี) บริษัทต้องยินยอมให้เปลี่ยนได้ และต้องเป็นชนิดเดียวกัน
๙. กรณีพบปัญหาการใช้งานของวัสดุที่ไม่ตรงตามคุณลักษณะ หรือการจัดซื้อและกระบวนการส่งสินค้า บริษัทจะต้องรับผิดชอบจัดหาวัสดุที่ตรงตามคุณลักษณะและราคาเดิมให้ หากไม่ได้รับการแก้ไขจากบริษัท บริษัทจะถูกตัดสิทธิ์ในการสั่งซื้อครั้งต่อไป
๑๐. ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกรายการวัสดุทันตกรรมตามคุณลักษณะที่กำหนดไว้ ข้อมูลประกอบการใช้งานและการทดลองใช้
๑๑. บริษัทจะส่งตัวอย่างวัสดุทันตกรรมพร้อมทั้งสำเนาใบเสนอราคา VAT (ราคาวัสดุ) ที่จะเข้าร่วมประมูล ให้คณะกรรมการ เพื่อตรวจสอบคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ และกรณารับรองยี่ห้อ ติดชื่อบริษัท ชัดเจนหากมีการสับเปลี่ยนวัสดุต่างๆ หรือสูญหายทางคณะกรรมการจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
๑๒. หลังเสร็จสิ้นการสืบราคาและแจ้งรายการคัดเลือกไปยังบริษัทต่างๆ แล้ว กรุณาติดต่อรับสินค้าคืนภายใน ๖๐ วันหากไม่ประสงค์รับคืน กรุณาแจ้งเพิ่มเติมว่าไม่ประสงค์ขอรับสินค้าคืนเลย

๑. ยาชาเฉพาะที่สำหรับใช้ในงานทันตกรรม (๔ % articaine)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

ใช้เป็นยาชาสำหรับฉีดเพื่อให้เกิดอาการชาเฉพาะที่ ใช้ในงานทันตกรรม

๒ คุณลักษณะในทางเทคนิค

- ๒.๑ สารประกอบหลักที่มีฤทธิ์เป็นยาชา articaine
- ๒.๒ ความเข้มข้นของยาชาคือ ๔%
- ๒.๓ มีส่วนผสมของตัวยาที่ออกฤทธิ์บีบหลอดเลือดเป็นAdrenalineหรือEpinephrine ในอัตราส่วน ๑: ๑๐๐,๐๐๐ ของปริมาณบรรจุสารละลายทั้งหมด
- ๒.๔ ไม่มีส่วนผสมของสารกันเสียParaben
- ๒.๕ ระยะเวลาในการออกฤทธิ์ของยาชาขึ้นอยู่กับเทคนิคการบริหารยาชา

๓. คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- ๓.๑ เป็นน้ำยาใสไม่มีสี ไม่มีฟองอากาศ บรรจุในหลอดแก้วใสทรงกระบอก
- ๓.๒ มีจุกยางปิดทั้งสองด้าน ด้านหนึ่งรัดแน่นด้วยแถบอลูมิเนียมป้องกันการรั่วซึมเลื่อนไหล ได้สะดวกเมื่อออกแรงดันในขณะฉีดยา โดยสามารถป้องกันการรั่วซึมย้อนกลับได้
- ๓.๓ หลอดยาชาบรรจุในบรรจุภัณฑ์ที่มิดชิด ปลอดภัย

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๔.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบสลาย เสียหาย
- ๔.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๔.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๔.๖ ในกรณียกเลิกหมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนยาที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนยาหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๔.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๒. หัวชุดน้ำลาย ชนิด P๑๐

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

หัวชุดหินปูนไฟฟ้าสำหรับชุดหินน้ำลาย

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นหัวชุดหินน้ำลายที่ใช้กับเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า Electromagneticประเภทtransducer
- ๒.๒ มีลักษณะเป็นแกนโลหะ ส่วนปลายโค้งเล็กน้อยและแหลมเรียว
- ๒.๓ มีท่อน้ำบริเวณส่วนปลายหัว เพื่อใช้ฉีดระบายความร้อน
- ๒.๔ เป็นหัวชุดหินปูนไฟฟ้าที่สามารถใช้งานได้แบบ universal

๓. กลาสไอโอโนเมอร์แบบผสมมือสำหรับรองพื้นโพรงฟัน (Base glass-ionomer hand mix)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ เป็นวัสดุที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ (water-based material)
- ๑.๒ ประกอบด้วยส่วนผง(powder) กับส่วนน้ำ(liquid)
- ๑.๓ บ่มตัวด้วยการฉายแสงสีฟ้า (Light- curing)
- ๑.๔ ใช้สำหรับรองพื้นโพรงฟัน
- ๑.๕ มีความทึบรังสี (radiopacity)

๒. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๒.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวมสลาย เสียหาย
- ๒.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๒.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๒.๖ ในกรณียาใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนยาที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๖๐ วัน
ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนยาหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๒.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๔. กลาสไอโอโนเมอร์แบบผสมมือสำหรับอุดฟัน (Filling glass-ionomer hand mix)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ เป็นวัสดุที่ใช้น้ำเป็นองค์ประกอบ (water-based material)
- ๑.๒ ประกอบด้วยส่วนผง (powder) กับส่วนน้ำ (liquid)
- ๑.๓ ใช้สำหรับงานอุดฟัน
- ๑.๔ สามารถเลือกสีได้
- ๑.๕ มีความทึบรังสี (radiopacity)

๒. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๒.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวมสลาย เสียหาย
- ๒.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๒.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๒.๖ ในกรณียาใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนยาที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๖๐ วัน
ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนยาหมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๒.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๕. อะมัลกัม (Amalgam Alloy ๑ spill)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ มีปริมาณ Silver ไม่ต่ำกว่า ๕๙%
- ๑.๒ ปราศจาก Gamma ๒ (Non-Gamma๒) ของวิฏภาคอะมัลกัมหลังปฏิกิริยา
- ๑.๓ ผงอะมัลกัมมีส่วนผสมของ อนุภาคทรงกลมชนิดใหม่ (Spherical)
- ๑.๔ เป็นอะมัลกัมชนิดผสมอัตโนมัติ (Automixed) บรรจุในรูปแบบแคปซูล
- ๑.๕ วัสดุบรรจุอยู่ในแคปซูลพลาสติก เพื่อป้องกันการรั่วซึมของปรอท และตั้งต้นปฏิกิริยาได้ด้วยตัวเองเมื่อ ปั่น โดยไม่ต้องใช้เครื่องมือช่วยในการกดแคปซูล และสามารถเปิดออกเพื่อใช้งานได้ง่าย
- ๑.๖ วัสดุหลังปั่นต้องเป็นเนื้อเดียวกัน ไม่ร่วนเป็นผง ไม่มีปรอทส่วนเกิน
- ๑.๗ ปั่นเข้ากันได้ง่าย เนื้อเนียนละเอียด กดอัดและตกแต่งรูปร่างได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว
- ๑.๘ ชัดขึ้นเงาได้ง่าย
- ๑.๙ ระยะเวลาการทำงานและการแข็งตัวปานกลาง

๒. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๒.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบสลาย เสียหาย
- ๒.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๒.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๒.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ยาใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๒.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
- ๒.๘ กรณีที่capsule ปั่นไม่เป็นเนื้อเดียวกันสามารถนำมาเปลี่ยนคืนได้

๖. ซองหุ้ม Film x-ray

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้กันน้ำลายสำหรับฟิล์มดิจิตอล

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นซองสำหรับใส่ฟิล์มดิจิตอลถ่ายภาพในช่องปาก
- ๒.๒ ด้านหลังทึบและด้านหน้าใส
- ๒.๓ มีแถบกาวด้านบนไว้สำหรับปิดไม่ให้น้ำลายเข้า
- ๒.๔ สำหรับใช้แล้วทิ้ง

๗. หัวกระจกส่องในช่องปาก (Refilled mouth mirror)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับส่องในช่องปาก

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๒ เป็นกระจกส่องปากชนิดถอดเปลี่ยนได้

- ๒.๒ ตัวกระจกเรียบใส ให้ภาพเท่าขนาดจริง มีเคลือบเงาบนผิวกระจกชนิดธรรมดาและไม่เกิดรอยขีด ข่วนได้ง่าย
- ๒.๓ ตัวกระจกสามารถต่อเข้ากับตัวกระจกชนิดทั่วไปทุกยี่ห้อได้อย่างพอดี
- ๒.๔ ตัวด้ามและก้านทำจากโลหะชนิดไร้สนิมคุณภาพดีstainless steel
- ๒.๕ ไม่มีขอบหรือส่วนที่คม ที่ก่อให้เกิดอันตรายต่อเนื้อเยื่อในช่องปาก
- ๒.๖ ทนต่อการกัดกร่อนจากสารเคมีที่ใช้ในทางทันตกรรม
- ๒.๗ สามารถทำให้ปราศจากเชื้อโรคด้วยวิธีมาตรฐานทางการแพทย์ได้ด้วยการอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำ (AUTOCLAVE) และสามารถแช่ในน้ำยาฆ่าเชื้อได้ โดยไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อ เครื่องมือ

๘. फिल्मเอ็กซ์เรย์ (Film x-ray)ขนาดเบอร์ ๒ (adult)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ เป็นฟิล์มสำหรับถ่ายภาพรังสีในช่องปาก
- ๑.๒ คุณภาพดี มีความคมชัดสูง โดยไม่ต้องใช้รังสีเอกซเรย์มากเกินไป
- ๑.๓ ใช้งานง่ายบรรจุในซองที่แน่นหนาเหมาะสม
- ๑.๔ แผ่นฟิล์มทำจากโพลีเอสเตอร์ มีความเหนียว มุมฟิล์มตัดมนทั้ง ๔ มีความโค้งงอดี ไม่แข็ง
- ๑.๕ สามารถล้างด้วยมือ หรือเครื่องล้างฟิล์มอัตโนมัติได้ภาพดี ไม่ติดขัด
- ๑.๖ ได้รับมาตรฐานทางการแพทย์สากล มีสัญลักษณ์ชัดเจนบนกล่อง ระบุรุ่นที่ผลิตและวันหมดชัดเจน
- ๑.๗ มีเอกสารแสดงรายละเอียดของผลิตภัณฑ์และแนะนำการใช้งานจากผู้ผลิต
- ๑.๘ มีเอกสารอนุญาตนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยากระทรวงสาธารณสุข

๒. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๒.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบสลาย เสียหาย
- ๒.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ
- ๒.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๒.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๒.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๙. วัสดุพิมพ์ปากซิลิโคนชนิด Putty

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้พิมพ์แบบช่องปากในรายทำฟันปลอมชนิดติดแน่นที่ต้องการความละเอียดสูง

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ทำจากสารประกอบของpolyvinyl siloxane

๒.๒ มีความยืดหยุ่นและความคงตัวสูง

๒.๓ แบบพิมพ์ที่ได้สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ

๒.๔ Putty consistency เป็นชนิด addition silicone ประเภท putty สำหรับ เป็นฐานของวัสดุ Wash type มีคุณสมบัติในการคงรูปร่างสูง ลักษณะเป็นก้อนคล้ายดินน้ำมันเนื้อนิ่ม ใน ๑ ชุด บรรจุแยกเป็น ๒ ส่วนๆ ละ ๑ กระปุก พร้อมช้อนตัก

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

๓.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ

๓.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวมสลาย เสียหาย

๓.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ

๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๓.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

๓.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๓.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑๐. วัสดุพิมพ์ปากชนิด Light body แบบผสมมือ

๑. คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับพิมพ์แบบในช่องปากสำหรับทำฟันปลอม ชนิดผสมมือ

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ เป็นชนิด Addition (A) Silicone มีคุณสมบัติ Hydrophilic สามารถลอกแบบรายละเอียดของวัตถุ เป็นแบบพิมพ์ได้ดีในสภาพความชื้นสูง

๒.๒ แยกส่วน Base และ Catalyst เป็น ๒ หลอดอย่างชัดเจน

๒.๓ แบบพิมพ์ที่ได้ สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวัสดุไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง

๒.๔ มีความยืดหยุ่นและความคงตัวสูง

๓. เงื่อนไขพิเศษ ใช้คู่กับวัสดุพิมพ์ปาก ชนิด Putty

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

๔.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ

๔.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวมสลาย เสียหาย

๔.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ

๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๔.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

๔.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๔.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑๑. วัสดุพิมพ์ปากชนิด Light body แบบ cartridge

๑. คุณลักษณะทั่วไป ใช้สำหรับพิมพ์แบบในช่องปากสำหรับทำฟันปลอม

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นชนิด Addition (A) Silicone มีคุณสมบัติ Hydrophilic สามารถลอกแบบรายละเอียดของวัตถุเป็นแบบพิมพ์ได้ดีในสภาพความชื้นสูง
- ๒.๒ แยกส่วน Base และ Catalyst บรรจุอยู่ใน cartridge
- ๒.๓ แบบพิมพ์ที่ได้ สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรค โดยวัสดุไม่เกิดการเปลี่ยนแปลง
- ๒.๔ มีความยืดหยุ่นและความคงตัวสูง

๓. เงื่อนไขพิเศษ

- ๓.๑ ใช้คู่กับ Dispensing gun for Automix cartridges
- ๓.๒ ใช้คู่กับวัสดุพิมพ์ปากชนิด Putty

๔. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๔.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๔.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวมสลาย เสียหาย
- ๔.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๔.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๔.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๔.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไขภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๔.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑๒. วัสดุพิมพ์ปากซิลิโคนชนิด Monophase

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้พิมพ์แบบช่องปากในรายทำฟันปลอมที่ต้องการความละเอียดสูง

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ ทำจากสารประกอบของ polyvinyl siloxane
- ๒.๒ เป็นชนิด addition
- ๒.๓ มีความยืดหยุ่นและความคงตัวสูง
- ๒.๔ แบบพิมพ์ที่ได้สามารถทำความสะอาดได้ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโดยไม่เกิดการเปลี่ยนแปลงใดๆ
- ๒.๕ Medium body consistency (Monophase) เป็นวัสดุสำหรับใช้ wash บริเวณที่ต้องการพิมพ์อย่างละเอียดด้วย monophase technique ค่าของความหนืดปานกลางสามารถลอกรายละเอียดได้ดี

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๓.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๓.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บวมสลาย เสียหาย
- ๓.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ

- ๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๓.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๓.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๓.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑๓. Polysulfide

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๑.๑ เป็นวัสดุพิมพ์ปากชนิดโพลีซัลไฟด์
- ๑.๒ หลังก่อตัวมีความยืดหยุ่นดีดึงออกง่าย มีความแข็งแรง ไม่ฉีกขาดง่าย
- ๑.๓ ผสมเป็นเนื้อเดียวกันได้ง่าย ให้รายละเอียดของรอยพิมพ์ที่ถูกต้องและแม่นยำ
- ๑.๔ สามารถเทแบบหล่อซ้ำได้หลายครั้ง
- ๑.๕ มีความชื้นให้เลือกทั้งชนิดเนื้อข้นมาก (heavy) เนื้อชั้นธรรมดา (regular) และเนื้อเหลว (light) ตามสัดส่วนวัสดุอัดแทรกที่เป็นส่วนผสม
- ๑.๖ บรรจุในแบบหลอด Base และ Catalyst

๒. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๒.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๒.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบสลาย เสียหาย
- ๒.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๒.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๒.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๒.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๒.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑๔. Polyether

๑. คุณลักษณะเฉพาะ วัสดุพิมพ์ปาก Polyether

๒. คุณสมบัติทั่วไป

เป็นวัสดุพิมพ์ปาก สำหรับใช้เป็นวัสดุแบบ Mono Phase สามารถใช้ร่วมกับ Light Body ที่เป็น Polyether ในงาน Final Impression ซึ่งวัสดุจะสามารถแข็งตัวในช่องปากได้ด้วยปฏิกิริยาเคมี

๓. คุณสมบัติทางเทคนิค

- ๓.๓ มีคุณสมบัติในการคงรูปร่างสูง ซึ่งช่วยให้งานพิมพ์ที่ได้มีความแม่นยำ ไม่เสียรูปร่างโดยง่าย
- ๓.๔ วัสดุสามารถพิมพ์และแกะออกจากช่องปากได้ง่าย
- ๓.๕ วัสดุมีสีสว่างสามารถสังเกตรายละเอียดของรอยพิมพ์ได้ง่าย

๔. บรรจุภัณฑ์

๔.๑ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๔.๒ แยกส่วน Base และ Catalyst

๕. เงื่อนไขอื่นๆ

๕.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ

๕.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบสลาย เสียหาย

๕.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ

๕.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข

๕.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน

๕.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข

ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน

๕.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๑๕. ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำชนิดหักมุม (Contra-angle Airmotor handpiece)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

๑.๑.๑ เป็นอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องยูนิตทำฟัน ทำด้วยโลหะปลอดสนิม น้ำหนักเบา

๑.๑.๒ ส่วนลำตัวมีลักษณะเป็นทรงกระบอกสามารถต่อเข้ากับข้อต่อ airmotor ของระบบยูนิตทำฟันของงานทันตกรรมได้

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกรอฟัน ที่มีความเร็วต่ำ

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

๑.๓.๑ เป็นชนิด Air motor มีอัตราการทรอบ ๑:๑ และมีด้านท้ายเป็นแบบ ๔ รู

๑.๓.๓ ใช้กับหัวbur ชนิดก้านสั้น ใส่จับยึดและถอดหัวbur โดยเป็น push botton ได้ง่าย

๑.๓.๔ สามารถใส่และถอดออกจากข้อต่อ airmotor ได้ง่าย

๑.๓.๕ สามารถต่อสเปรย์น้ำได้ โดยมีท่อน้ำติดมากับหัวกรอในลักษณะอยู่ภายนอกด้ามหัวกรอ

๑.๓.๖ สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ และสามารถทนความร้อนได้สูงถึง ๑๓๔ องศาเซลเซียสโดยไม่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมด

๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

๓.๑ มีเอกสารคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาไทย

๓.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา หรือทวีปเอเชียที่ได้รับการรับรอง

ผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่าง ๆ โดยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลISOเป็นอย่างน้อย

๓.๓ บริษัทผู้จำหน่ายจะให้บริการฟรีในค่าบำรุงรักษา และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากขบวนการผลิตเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี

๓.๔ บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

๑๖. ด้ามกรอฟันความเร็วต่ำชนิดหัวตรง (Straight Airmotor handpiece)

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการออกแบบ

- ๑.๑.๑ เป็นอุปกรณ์ประกอบใช้กับเครื่องยูนิตทำฟัน ทำด้วยโลหะปลอดสนิม น้ำหนักเบา
- ๑.๑.๒ ส่วนลำตัวมีลักษณะเป็นทรงกระบอกสามารถต่อเข้ากับข้อต่อ airmotor ของระบบยูนิตทำฟันของงานทันตกรรมได้

๑.๒ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการกรอฟันที่มีความเร็วต่ำ

๑.๓ คุณลักษณะเฉพาะในทางเทคนิค

- ๑.๓.๑ เป็นชนิด Airmotor มีอัตราการทอรอบ ๑: ๑ และมีด้านท้ายเป็นแบบ ๔ รู
- ๑.๓.๓ ใช้กับหัวbur ชนิดก้านยาวใส่จับยึดและถอดหัวburได้ง่ายโดยการหมุนที่ด้ามกรอ
- ๑.๓.๔ สามารถใส่และถอดออกจากข้อต่อ airmotor ได้ง่าย
- ๑.๓.๕ สามารถต่อสเปรย์น้ำ โดยมีท่อน้ำได้ติดมากับหัวกรอในลักษณะอยู่ภายนอกด้ามหัวกรอ
- ๑.๓.๖ สามารถฆ่าเชื้อโรค โดยการนึ่งฆ่าเชื้อได้ และสามารถทนความร้อนได้สูงถึง ๑๓๔ องศาเซลเซียสโดยไม่เกิดความเสียหายต่ออุปกรณ์และส่วนประกอบทั้งหมด

๒. การบรรจุและหีบห่อ บรรจุและหีบห่อตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต

๓. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๓.๑ มีเอกสารคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาไทย
- ๓.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา หรือทวีปเอเชียที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่าง ๆ โดยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลISOเป็นอย่างน้อย
- ๓.๓ บริษัทผู้จำหน่ายจะให้บริการฟรีในค่าบำรุงรักษา และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากขบวนการผลิตเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
- ๓.๔ บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

๑๗. Airmotor

๑. คุณลักษณะทั่วไป เป็นด้ามกรอฟันชนิดกรอซ้ำใช้ต่อเข้ากับ contra-angle หรือ straight handpiece

๒. ข้อกำหนดอื่นๆ

- ๒.๑ มีเอกสารคู่มือการใช้งานและซ่อมบำรุงจากโรงงานผู้ผลิต พร้อมเอกสารแปลเป็นภาษาไทย
- ๒.๒ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากทวีปยุโรป หรือทวีปอเมริกา หรือทวีปเอเชียที่ได้รับการรับรองผลิตภัณฑ์จากสถาบันต่าง ๆ โดยต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สากลISOเป็นอย่างน้อย
- ๒.๓ บริษัทผู้จำหน่ายจะให้บริการฟรีในค่าบำรุงรักษา และเปลี่ยนอุปกรณ์ให้ใหม่ในกรณีที่เกิดความผิดพลาดจากขบวนการผลิตเป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี
- ๒.๔ บริษัทผู้จำหน่ายจะต้องได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

๑๘. หัวกรอฟันชนิดคาร์ไบด์(ก้านสั้น)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับกรอแต่งฟันผุ

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๒.๑ ทำด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten carbide) คุณภาพสูงหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเทียบเท่ากัน
- ๒.๒ ส่วนหัวมีหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับตำแหน่งใช้งานเช่น Round,Fissure, Straight, Taper, Pear และอื่นๆ แต่ละรูปทรงมีหลายขนาดให้เลือกใช้
- ๒.๓ ส่วนก้านเป็นแบบสั้นใช้กับด้ามกรอความเร็วต่ำชนิดหักมุม
- ๒.๔ สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแรงดันไอน้ำ(Autoclavable)

๑๙. หัวกรอฟันชนิดคาร์ไบด์(ก้านยาว)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับกรอแต่งกระดูก

๒. คุณสมบัติเฉพาะ

- ๒.๑ ทำด้วยทังสเตนคาร์ไบด์ (Tungsten carbide) คุณภาพสูงหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติที่ดีกว่าเทียบเท่ากัน
- ๒.๒ ส่วนหัวมีหลายรูปทรงขึ้นอยู่กับตำแหน่งใช้งานเช่น Round,Fissure, Straight, Taper, Pear และ อื่นๆ แต่ละรูปทรงมีหลายขนาดให้เลือกใช้
- ๒.๓ ส่วนก้านเป็นแบบยาวใช้กับด้ามกรอความเร็วต่ำ
- ๒.๔ สามารถนำไปทำให้ปราศจากเชื้อด้วยความร้อนแรงดันไอน้ำ (Autoclavable)

๒๐. แผ่นขัดและตกแต่งวัสดุอุดฟันชนิดแผ่นกลม (Round Finishing and Polishing Disc)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน เป็นวัสดุขัดแต่งวัสดุอุดฟันและขัดมัน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ เป็นแผ่นขัดที่มีลูมิเนียมออกไซด์เป็นองค์ประกอบ โลหะบริเวณรูตรงกลางแผ่นเป็นวงกลม
- ๒.๒ มีความละเอียดของแผ่นขัดหลายระดับให้เลือก
- ๒.๓ มีขนาดของแผ่นขัดให้เลือกหลายขนาด

๒๑. หัวยางขัดฟันรูปถ้วยพร้อมก้าน (Rubber cup with mandrel)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับขัดฟันเพื่อกำจัดคราบที่เกาะตามผิวฟัน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ มีลักษณะเป็นถ้วยยาง
- ๒.๒ ก้านทำจาก stainless steel
- ๒.๓ ก้านสามารถสวมเข้ากับหัวกรอชำชนิดหักมุมได้พอดี

๒.๔ สามารถนำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้แรงดันหรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโดยไม่ทำลายพื้นผิว

๒๒. หัวขัดฟันชนิดแปรงพร้อมก้าน

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับขัดฟันเพื่อกำจัดคราบที่เกาะตามผิวฟัน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ มีลักษณะเป็นหัวแปรงขนนิ่ม มีหลายขนาดให้เลือกใช้
- ๒.๒ ก้านทำจาก stainless steel
- ๒.๓ ก้านสามารถสวมเข้ากับหัวกรอซ้ำชนิดหักมุมได้พอดี
- ๒.๔ ไม่ก่อให้เกิดรอยข่วนที่ผิวฟัน
- ๒.๕ ก่อให้เกิดความร้อนที่ผิวฟันน้อยขณะขัด
- ๒.๖ สามารถนำไปอบนึ่งฆ่าเชื้อภายใต้แรงดันหรือแช่น้ำยาฆ่าเชื้อโดยไม่ทำลายคุณสมบัติของวัสดุ

๒๓. Acrylic polisher

คุณสมบัติเฉพาะ

- ๑. ใช้สำหรับกรอแก้ ปรับแต่ง และ ขัดเงา ชิ้นงาน acrylic, ภาดพิมพ์ และ ฟันเทียม acrylic
- ๒. มีความคงทนต่อการใช้งานแลบและงานในคลินิก
- ๓. ใช้กับ straight handpiece
- ๔. สามารถเข้า autoclave ได้

๒๔. พลาสติกหินสำหรับเทแบบฟัน (Dental stone type III)

๑. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้เทแบบฟันสำหรับแบบจำลองฟันเพื่อใช้ดำเนินการตามขั้นตอนในห้องปฏิบัติการทางทันตกรรม

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๑ สามารถฉายละเอียดได้ตามรอยพิมพ์ได้ดีและมีการขยายตัวหดเซยได้อย่างเหมาะสม (High accuracy)
- ๒.๒ สามารถคงสภาพรูปร่างได้ในสภาพชั้นบรรยากาศปกติ(Dimensional stability) มีความแข็งแรงทนต่อแรงกด รอยขีดข่วน และการเสียดสี
- ๒.๓ ใช้งานได้ง่าย มีเวลาในการก่อตัวที่เหมาะสม
- ๒.๔ เนื้อปูนผสมสีตามกำหนดขององค์กรกำหนดมาตรฐานระหว่างประเทศ(ISO)ได้แก่ สีฟ้า สีเขียว สีเหลือง
- ๒.๕ สามารถเข้ากันได้กับวัสดุพิมพ์ปาก (Compatibility with impression material)
- ๒.๖ ไม่ก่อให้เกิดสารอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม (Biological safety)

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๓.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๓.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบสลาย เสียหาย

- ๓.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๓.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๓.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๓.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

๒๕. พลาสติกหินสำหรับเทแบบฟัน (Dental stone type IV)

๑. คุณลักษณะทั่วไป ผงปูนเทแบบฟัน

๒. คุณลักษณะเฉพาะ

๒.๑ คุณลักษณะเฉพาะในการใช้งาน

- ๒.๑.๑ ใช้เทแบบฟันสำหรับแบบจำลองฟันเพื่อใช้ดำเนินการขั้นตอนในห้องปฏิบัติการทางด้านทันตกรรมสำหรับการทำฟันปลอม

๒.๒ คุณลักษณะเฉพาะด้านเทคนิค

- ๒.๒.๑ ใช้เทแบบฟันได้โดยคุณสมบัติทั้งทางเคมีและฟิสิกส์ไม่เปลี่ยนแปลง
- ๒.๒.๒ ให้ความแข็งแรงที่ทนต่อแรงกด
- ๒.๒.๓ ความละเอียดของผิวปูนเมื่อแข็งตัวเต็มที่จากแบบที่เทจากวัสดุพิมพ์ปากจะมีผิวเนียนเรียบ ปราศจากฟองอากาศขนาดเล็กมาก ๆ ทนต่อการสึกกร่อนเมื่อจับหรือถูด้วยเครื่องมือตกแต่งปูน

๒.๓. คุณลักษณะเฉพาะด้านการออกแบบ

- ๒.๓.๑ เป็นปูนพลาสติกเทแบบฟันชนิดพิเศษ ที่มีความแข็งแรงสูงกว่าปูน Stone Plaster ทั่วไป สามารถใช้ได้กับวัสดุพิมพ์ปากทุกชนิด

๓. เงื่อนไขอื่นๆ

- ๓.๑ มีอายุการใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ เดือน ในวันส่งของ
- ๓.๒ ผลิตภัณฑ์ที่ส่งมอบต้องมีสภาพสมบูรณ์ ไม่บุบสลาย เสียหาย
- ๓.๓ ระบุวันหมดอายุที่หีบห่อที่บรรจุ
- ๓.๔ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองคุณภาพจากคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข
- ๓.๕ มีสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายแสดง ชื่อผลิตภัณฑ์ ชื่อที่อยู่ ของบริษัทผู้ผลิตอย่างชัดเจน
- ๓.๖ ในกรณีผลิตภัณฑ์ใกล้หมดอายุ ผู้ขายจะต้องเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่หมดอายุให้ทั้งหมดโดยไม่มีเงื่อนไข ภายใน ๖๐ วัน ทั้งนี้ผู้ซื้อจะต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบก่อนผลิตภัณฑ์หมดอายุไม่น้อยกว่า ๖ เดือน
- ๓.๗ คู่มือการใช้งานภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ

ใบเสนอราคา

เรียน ประธานคณะกรรมการดำเนินการสืบราคาวัสดุทางทันตกรรมร่วมจังหวัดสระแก้ว

๑. ข้าพเจ้า (ห้าง/ ร้าน/ บริษัท/ หจก.)

เลขทะเบียนการค้าที่ เลขประจำตัวผู้เสียภาษี.....

ตั้งอยู่เลขที่..... ถนน..... ตำบล..... อำเภอ.....

จังหวัด..... โทรศัพท์..... โทรสารได้รับทราบเงื่อนไข

และวิธีการปฏิบัติในการเสนอราคาครั้งนี้ โดยยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

๒. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาวัสดุทางทันตกรรมดังนี้

| ที่ | ชื่อรายการ-ผลิตภัณฑ์ | ขนาดบรรจุ | ราคาต่อหน่วย บรรจุ (รวม vat.) | หมายเหตุ |
|-----|----------------------|-----------|-------------------------------------|----------|
| | | | | |

หมายเหตุ ราคาที่เสนอนี้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มรวมทั้งภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

๓. ในกรณีที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาคัดเลือก ข้าพเจ้าขอรับรองจะปฏิบัติตามเงื่อนไขดังนี้

๓.๑ คำเสนอราคานี้จะยื่นอยู่เป็นระยะเวลา ๑ ปี นับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา

๓.๒ โรงพยาบาลทรงสิทธิในจำนวนการจัดซื้อ ซึ่งอาจมากหรือน้อยกว่าจำนวนที่ประมาณการไว้

๓.๓ โรงพยาบาลจะดำเนินการจัดซื้อตามอัตราการใช้จริง เป็นงวดไป วัสดุทางทันตกรรมที่จะจัดส่งให้โรงพยาบาลจะต้องมีอายุนับจากวันผลิตไม่เกิน ๑๒ เดือน และจะต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า ๑๘ เดือนนับจากวันส่งมอบของ โดยมีเงื่อนไขรับแลกเปลี่ยน ๑๐๐% เมื่อวัสดุหมดอายุ หรือ มีเงื่อนไขตามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ได้กำหนดใน spec การจัดซื้อวัสดุทางทันตกรรม

๔. หากบริษัทใดไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขข้างต้น หรือเกิดปัญหาด้านคุณภาพในภายหลัง โรงพยาบาลทรงไว้ซึ่งสิทธิในการยกเลิกการซื้อจากผู้จำหน่ายที่ได้รับเลือก

๕. ข้าพเจ้าได้ตรวจสอบเอกสาร หลักฐานต่างๆ ที่ได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และเข้าใจดีว่าคณะกรรมการดำเนินการสืบราคาวัสดุทางทันตกรรมร่วมจังหวัดสระแก้ว ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในข้อผิดพลาดหรือตกหล่น

๖. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นโดยบริสุทธิ์ ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย กับบุคคล หรือกับผู้จำหน่ายอื่นๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน เสนอมา ณ วันที่

.....

(ลงชื่อ)..... ผู้เสนอราคา

(.....)

ตำแหน่ง

ประทับตรา

* หมายเหตุ ผู้เสนอราคาต้องเป็นเจ้าของหรือผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการหรือผู้รับมอบอำนาจ